Cubeta test Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L NO3-N) 50 te

REACTIVO SUSTITUITO POR HI93766-50

Los viales HI94766-50 son reactivos pre-dosificados que siguen el método del ácido cromotrópico para la determinación de nitrato utilizando un fotómetro de sobremesa compatible.

- 50 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Uso del método de ácido cromotrópico
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

Paquete	Viales y paquetes
Cantidad	50 pruebas
Distancia	0.0 a 30.0 mg / L (como NO_3 -N)
Resolución	0.1 mg / l
Exactitud	± 1.0 mg / L o ± 5% de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor
Color de identificación del vial	blanco
Aplicaciones	Ambiental, Industrial, Análisis de Aguas, Tratamiento de Aguas Residuales.
Método	Método del ácido cromotrópico