

Electrodo ORP de recambio para tester HI98120



Electrodo de ORP de recambio para tester HI98120

Referencia: -

Referencia	simple, Ag / AgCl
Electrólito	gel
Presión máxima	0.1 bar
Distancia	ORP: ± 2000 mV
Temperatura de funcionamiento recomendada	-5 a 50 ° C (23 a 122 ° F)
Forma de la punta	alfiler de platino
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Cuerpo material	polipropileno
Cable	no
Aplicaciones	Aplicaciones de campo, uso general.
Digital	no