

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango ultra alto



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango ultra alto HI96771-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96771. Los estándares se utilizan tanto para el cloro libre de rango bajo de 0,00 a 5,00 mg / L (ppm) como para el rango de cloro ultra alto de 0 a 500 mg / L (ppm). Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un Certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96771.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.00 ± 0.02 mg / L para rango bajo y 100 ± 2 mg / L de cloro para rango ultra alto a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg / L de cloro libre; 0 y 100 mg / L de cloro.
Cantidad	1 juego