

Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI98713, 0.1, 15, 100 y 750 NTU



Los Estándares de calibración de turbidez HI98713-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar medidores de turbidez que tienen un rango de 0 a 1000 FNU. Los estándares AMCO HI98713-11, están trazados a Formacina , en modo ratio , conforme a lo establecido en el Anejo A ISO7027:2016 parte 2 Calidad del Agua. Determinación de Turbiedad . El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez adecuado.

- Se entrega con certificado de análisis.
- Valores estándar de <0.1, 15, 100 y 750 FNU

Referencia: -

Paquete	normas selladas: <0.1, 15, 100, 750 FNU
Cantidad	1
Aplicaciones	Acuicultura y acuarios, Educación, Medio ambiente, Laboratorio, Acondicionamiento de agua, Agua potable y tratamiento de aguas residuales