

Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetros HI98703 y HI93414 (0.1, 15, 100 y 750)



Los estándares de calibración de turbidez HI98703-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar medidores de turbidez que tienen un rango de 0 a 1000 NTU. Los estándares de calibración de turbidez de Hanna se preparan a partir de los materiales de referencia del estándar primario trazable a NIST y se suministran con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez adecuado.

- Se entrega con certificado de análisis.
- Estándares de turbidez primaria AMCO AEPA-1
- HI98703-11 incluye cuatro cubetas con lecturas esperadas de <0.10, 15.0, 100 y 750 NTU

Referencia: -

Paquete estándares sellados:
<0.10, 15, 100, 750
NTU

Cantidad 1 juego