

Reactivo Bromo (0 a 8,00 mg/L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI716 de Bromo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de bromo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	bolsitas
Cantidad	25
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método DPD. La reacción entre el bromo y el reactivo provoca un tinte rosado en la muestra.