

Reactivo Checker Cloro Libre rango ultra bajo, 25



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI762 de Cloro libre rango ultra bajo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de Cloro libre rango ultra bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	25
Método	adaptación del método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G. La reacción entre el cloro y los reactivos causa un tinte rosado en la muestra.