## Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5)

Este reactivo es necesario para realizar las medidas de pH con un medidor de pH fotométrico

- Botella de reactivo líquido
- Para realizar 100 test de pH
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

| | |
|---|---|
| Paquete | gotero |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Método | Método del rojo fenol |