# Reactivo polvo Cloro Total rango bajo, 100 test

HI95761-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Sobres de reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI95761-01 y 300 test HI95761-03

Referencia: -

| | | |
|---|---|---|
| Paquete | paquetes | |
| Cantidad | | 100 |
| Método | Adaptación del método recomendado por la EPA 330.5. | |