

## Solución verificación para Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm)





El HI715-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker de amonio de rango medio (0,00 a 9,99 ppm)*. Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad. 0.00 a 9.99 ppm

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 6.0 +/- 0.2 ppm de amoniaco a 25 °C
- Reutilizable

El HI715-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra de amonio equivalente de 6.0 +/- 0.2 ppm a 25 °C para validar.

Referencia: -