

Solución verificación para checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)



El HI701-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker de cloro libre HI701* en el rango de 0.00 a 2.50 ppm (mg/L). Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro libre a 25 °C
- Reutilizable

El HI701-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra de cloro libre equivalente de 1.00 +/- 0.05 ppm a 25 °C para validar.

Referencia: -