

Solución verificación para checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/ L)



El HI726-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker de Níquel de rango alto* (0,00 7,00 g/L). Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 3.50 +/- 0.20 g / L de níquel a 25 °C
- Reutilizable

El HI726-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra de níquel equivalente de 3.50 +/- 0.20 níquel a 25 °C para validar.

Referencia: -