

## Calibración trazable a NIST/ISO Guía 34 sin ácido cianúrico (pH, cloro y turbidez)



Certificado de calibración respecto a patrones con trazabilidad NIST de los parámetros pH y turbidez y trazable a ISO Guía 34 de Cloro libre y total del equipo HI93102.

- Calibración de pH en 1 punto
- Calibración de turbidez en 1 punto
- Calibración de Cloro libre y total en 1 punto

El certificado incluirá datos de corrección e incertidumbre para cada punto de calibración. La calibración no incluirá el ajuste del equipo.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

**Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:**

Solicitud de Certificación

Referencia: -