Solución verificación para checker Cromo VI rango

El conjunto de verificación de calibración HI749-11 proporciona una solución simple para validar el Checker HI749 que tiene un rango de 0 a 300 ppb de cromo VI. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker®HC.

- Suministrado con certificado de análisis
- Valor estándar de 100 +/- 5 ppb de cromo VI a 25 °C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -