

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" de Manganeso Rango bajo 0.0 y 150 ug/l



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Manganeso se usan como método de validación y calibración del HI97748-11. Tienen un rango de trabajo de 0 a 300 µg/L (ppb de Manganeso) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 150 ± 10 µg/L (ppb de Manganeso) a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Manganeso - HI97748-11
Rango	0 a 300 µg/L (ppb de Manganeso)
Valor patrón estándar	150 ± 10 µg/L (ppb de Manganeso) a 25°C