

DIST2 Pool Line Tester TDS 0 a 10,00 g/L Factor TDS 0.5



El tester HI983024 ha sido especialmente diseñado para comprobar el nivel de sal de piscinas, jacuzzis y spas con electrólisis salina . Una lectura precisa del TDS es importante para controlar los niveles de sal del agua y estar siempre seguro de que hay suficiente para la correcta generación de cloro.

- Lectura simultanea del valor de TDS (sal) y Temperatura.
- Compensación automática de Temperatura.
- Calibración automática en un punto (6,44 gr/l)

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

El tester HI983024 se suministra con 4 sobres para calibración de TDS en 6,44 ppt, tapa de almacenamiento/protección, pila CR2032, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.

Referencia: -

Rango TDS 0.00 a 10.00 ppt (g/L)

Resolución TDS 0.01 ppt (g/L)

Precisión TDS @25°C $\pm 2\%$ F.S.

Calibración TDS automatica en un punto 6.44 ppt

Factor de conversión 0.5
de CE a TDS

Rango Temperatura de 0.0 a 50.0°C

Resolución temperatura	0.1°C
Precisión @25°C	±0.5°C
Especificaciones adicionales	Batería CR2032 3V Li-io
Peso	64 g