

Calibración termoreactor de digestión HI839800



Servicio de calibración en hasta 2 puntos de temperatura del termoreactor HI839800, utilizando termómetro certificado ENAC UNE-EN ISO 17025 por laboratorio acreditado en las temperaturas de calibración.

- Puntos de temperatura de calibración: 105º y 150ºC
- Posiciones de calibración: 1 (punto de verificación).

La calibración se realizará tomando 10 medidas de temperatura en el punto de verificación del equipo HI839800 tras llegar a la temperatura de programación. A partir de las medidas realizadas se calculará la corrección e incertidumbre del equipo respecto al valor del termómetro patrón.

NOTA: La calibración del equipo no conlleva el ajuste de éste.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -