Mantenimiento Preventivo Valorador KF Coulumetrico

Servicio de revisión y diagnóstico con ajuste por personal cualificado de HANNA para los valoradores Karl Fisher HI934 y HI904, incluyendo:

- Inspección y limpieza general del equipo y comprobación de accesorios: electrodo detector, conjunto de bomba de aire/agitador, conjunto de recipiente de valoración, conjunto de botella de reactivo, conjunto de botella de residuo, tubos, adaptador de intercambio de reactivos, conjunto de soporte de accesorios, y electrodo generador Karl Fischer.
- Verificación de la conectividad.
- Copia de seguridad de los métodos.
- Ajuste (calibración) de la tarjeta analógica.
- Verificar la bomba de aire (llenado y vaciado del vaso).
- Verificación y limpieza del vaso (exterior e interior).
- Sustitución del Septum.
- Sustitución de juntas tóricas.
- Engrasar todas las juntas de vidrio esmerilado.
- Revisión y mantenimiento de electrodos.
- Montaje de accesorios y estabilización del equipo.

Verificación funcional: comprobación del buen funcionamiento del equipo mediante la realización de valoraciones estándar con patrones primarios suministrados por HANNA instruments. No se incluye(n) la(s) botella(s) del Reactivo Karl Fischer Coulumétrico, que se facturará(n) en el caso de que no la(s) aporte el cliente o la(s) aportada(s) se encuentre(n) en mal estado.

Asesoramiento y soporte a los usuarios del equipo para su máximo aprovechamiento,

correcto uso y mantenimiento.

Referencia: -