Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos), 50 test

Los viales HI93758A-50 y HI93763A-50 son reactivos pre-dosificados que siguen una adaptación del **método de EPA 365.2** y los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, **4500-PE, ácido ascórbico para la determinación de fósforo** utilizando fotómetros de sobremesa HANNA.

- 50 viales de reactivo pre-dosificado para facilitar su uso.
- Adaptación del **método EPA 365.2** y Métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales.
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

Cantidad	50 test
Rango	HI93758A-50: 0.00 a 1.60 mg / L HI93763A-50: 0,0 a 32,6 mg/L P
Resolución	0.01 mg / l
Exactitud	± 0.05 mg / L ± 5% de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor
Color de identificación del vial	verde
Aplicaciones	Ambiental, Industrial, Análisis de Aguas, Tratamiento de Aguas

Método	Residuales. Adaptación del método EPA 365.2 y Métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales, 20ª edición, 4500-PE, método de ácido ascórbico